

Выход из строя датчиков момента 108М ООО «Пьезоэлектрик» в расходомерах пара Ирга –РВ ООО «Глобус» при максимальной температуре 250 °С					
Зав. №	Время выпуска	Температура	Время выхода из строя	Ресурс, Меc.	Ресурс Час.
74	Ноябрь 2004	250	Февраль 2008	34	24480
111	Ноябрь 2004	250	Август 2008	40	28800
114	Ноябрь 2004	250	Июнь 2010	67	48240
134	Февраль 2005	250	Сентябрь 2008	43	30960
682	Октябрь 2006	250	Август 2012	70	50400
719	Декабрь 2006	300	Октябрь 2011	58	41760
722	Декабрь 2006	250	Ноябрь 2008	23	16560
732	Декабрь 2006	250	Февраль 2011	59	42480
845	Май 2007	250	Июнь 2013	72	51840
865	Июнь 2007	250	Апрель 2008	9	6480
973	Декабрь 2007	250	Декабрь 2011	48	34560
975	Ноябрь 2007	250	Декабрь 2008	13	9360
979	Ноябрь 2007	250	Декабрь 2008	13	9360
994	Декабрь 2007	250	Сентябрь 2009	21	15120
1011	Декабрь 2007	250	Сентябрь 2013	69	49680
1201	Ноябрь 2008	250	Август 2009	9	6480
1375	Июль 2009	250	Сентябрь 2013	49	25280
1397	Сентябрь 2009	250	Сентябрь 2010	12	8640
1472	Декабрь 2009	250	Сентябрь 2013	46	33120
1541	Апрель 2010	250	Июнь 2011	13	9360
1597	Июнь 2012	250	Август 2012	2	1440
1861	Февраль 2011	250	Август 2015	54	38880
1953	Июнь 2011	280	Август 2015	49	35280
2259	Декабрь 2011	200	Январь 2013	23	16560
2575	Октябрь 2012	200	Август 2013	10	7200
Средняя наработка на отказ при температуре 250оС 36, 24 мес. или 26093 час.					

Данные для анализа предоставлены исполнительным директором ООО "Глобус"

Поповой Евгенией Михайловной, (4722) 26-42-50, 26-18-46, 31-33-76